アンドロステンジオール



項目名	アンドロステンジオール（Δ5A-diol）		
検査方法	LC-MS/MS		
検体提出量		血清	0.3 mL以上
		組織	100 mg以上
保存方法		凍結	
定量下限	1 pg/assay		
		血清	0.2 mL使用時　5 pg/mL
		組織	100 mg使用時　10 pg/g
報告日数	検体受領後 3週間程度		
備考	記載検体量以下の場合はご相談ください 上記はヒトの場合です。他の動物種・マトリックスについてはお問い合わせください 研究検体を主とする測定のため、基準値の設定はございません		