

# 尿中エストロン

項目名 尿中エストロン(E1)

検査方法 LC-MS/MS

検体提出量 尿 0.3 mL以上

保存方法 凍結

定量下限 5 pg/assay  
尿 0.2 mL使用時 25 pg/mL

報告日数 検体受領後 3週間程度

備考 記載検体量以下の場合はご相談ください  
上記はヒトの場合です。他の動物種・マトリックスについてはお問い合わせください  
研究検体を主とする測定のため、基準値の設定はございません

