


ペルフルオロオクタン酸

項目名 ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)

検査方法 LC-MS/MS



検体量
血清 0.1 mL以上
水 15 mL以上
組織 10 mg以上

保存方法
血清：凍結
水：常温
組織：凍結

定量下限 0.5 pg/assay
血清 0.01 mL使用時 0.05 ng/mL
水 10 mL使用時 0.05 ng/L
組織 10 mg使用時 0.05 ng/g

報告日数 検体受領後 3週間程度

その他
記載検体量以下の場合も測定実施可能でございます
材料により測定可否がございます
ご不明な点はお問合わせ願います
なお研究検体を主とする測定の為、基準値設定はございません