ペルフルオロオクタンスルホン酸

項目名　　ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）



検査方法　　LC-MS/MS

検体量　　血清　　0.1 mL以上
　　水　　15 mL以上

保存方法　　血清：凍結
　　水：常温

定量下限　　0.5 pg/assay
　　血清　　0.01 mL使用時　0.05 ng/mL
　　水　　10 mL使用時　0.05 ng/L

報告日数　　検体受領後 3週間程度

その他　　記載検体量以下の場合も測定実施可能でございます
　　材料により測定可否がございます
　　ご不明な点はお問合わせ願います
　　なお研究検体を主とする測定の為、基準値設定はございません