



関係各位

株式会社あすか製薬メディカル
2024年9月

超高感度エストラジオール測定における同時測定可能項目について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

非常に微量なエストラジオール（超高感度エストラジオール）の受託測定につきまして、同時分析が可能な項目についてご案内いたします。
主なステロイドホルモンは下記になりますのでご参考になさってください。

アンドロゲン (通常感度法)	プレグナン系 (通常感度法)
テストステロン	プレグネノロン
ジヒドロテストステロン	プロゲステロン
アンドロステンジオン	17-ヒドロキシプレグネノロン
デヒドロエピアンドロステロン	17-ヒドロキシプロゲステロン
Δ5-アンドロステンジオール	アロプレグナノロン
11-ケトテストステロン	エストロゲン (超高感度法)
	エストロン
	エチニルエストラジオール

超高感度エストラジオール測定ではコルチゾールやコルチコステロン、アルドステロン等コルチコイドとの同時分析は不可となります。コルチコイド分析を同時にご要望の場合、同時測定ではなく別途測定系にて実施いたします。

ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

敬具

<お問い合わせ先>

株式会社あすか製薬メディカル 業務管理部
TEL: 0466-32-7218 FAX: 0466-26-5879
E-mail: kensa-med@ap-med.co.jp